

各位

本日は医療法人あかね会中島土谷クリニックご利用の患者さん、ご利用者、近隣の皆様、ご迷惑をおかけ致しましたこと、深くお詫び申し上げます。

また、職員にも体調を崩した者もあり、一刻も早い回復をお祈り致します。

今回の経過に関して、今から説明をさせていただきます。

8時50分、中島土谷クリニック4階透析室から異臭がするとの報告があり、職員が機械室からの異臭と考え、機械室に直行しました。異臭の原因に関しては、透析装置を消毒する消毒剤の補充に誤りがあったと思われれます。

関与した職員が入院加療中の為、誤りが起こった原因がはっきりしておりませんが、次亜塩素酸ナトリウムと酢酸が反応したと考えています。

機械室の異臭が発生している容器をすぐに職員が1階の隔離できる部屋へ持っていき、処理を致しました。この時点で、警察・消防に連絡をし、その後の対応に関しては、警察及び、消防の指示に従って対応しております。

患者さんはこの時点で4階に13名、うち2人が咽頭痛で土谷総合病院に入院しておりますが、軽症です。透析患者さん全体では21人が入院しましたが、2人を除いた19人は、急ぎの透析が必要であった方と、24時間経過を診るために入院としております。4階スタッフ21人中、7人が入院中で、そのうち2人が中等症です。

その他のスタッフは軽症で推移しております。

健康診断の利用者25人のうち、低血糖になった方が1人、頭痛1人、咽頭痛1人、これらの患者さんは外来対応で軽快し、帰宅されております。

本日透析予定の患者さんに関しましては、中島土谷クリニック、土谷総合病院、大町土谷クリニックで透析治療が行われるように準備を致しております。

現在分かっている概要は、以上です。

医療法人あかね会 理事長 土谷治子

医療法人あかね会 中島土谷クリニック 院長 森石みさき