

# AJ-T.透析, 09,01だより

## 目次

1. 阿品土谷病院透析室緊急災害時対策について
2. 透析用患者監視装置用バッテリーについて
3. 緊急時離脱器について

## 1. 阿品土谷病院透析室緊急時対策について

当院は広島県災害時情報ネットワークの西部ブロック、情報中核病院に選定されています。そのため、緊急災害時に対し常に情報中核病院として万全の体制を整えています。

停電に対しては、透析患者監視装置（コンソール）専用バッテリーを設置しています。

断水に対しては、地下貯水層を設置し透析用水を確保しています。

緊急避難対策としては、すべてのコンソールに緊急離脱器具を設置し緊急避難できるよう患者様の安全を最優先としています。

## 2. 透析用患者監視装置用バッテリーについて

コンソール専用のバッテリー（停電時対応型）です。バッテリーの稼働時間は約 30 分間です。この間、緊急避難を要するか、比較的時間に余裕があるか、復電までの時間はどれ位なのか、患者様の安全を最優先に様々な状況を正しく判断し迅速に対応します。

透析用患者監視装置用バッテリー




## 3. 緊急時離脱器(2種類)について

緊急時離脱器具( 1・ 2の2種類)は全てのコンソールに設置しています。

透析中の災害発生時、患者様の緊急避難に緊急離脱器具を用い血液回路を切断、透析から患者様を離脱し安全な場所に非難誘導します。

1



2



緊急時離脱器(2種類)